

針刺し警報

ペン型注入器用注射針（インスリン針）
廃棄時の針刺し事故が、同一部署で続けて発生しました。

【要因】

針廃棄容器の適正な使用方法が守られていなかった。

【再発防止策】

- ・ リキャップ禁止
- ・ 針の廃棄には専用廃棄容器を使用する

ペン型注入器用注射針→



おはりばこ
(インスリン針専用廃棄容器)



おはりばこ使用説明動画
下図QRコードより参照

